

Portal

INFORMATICS  
DEVELOPMENT  
AGENCY

Digitally signed by  
INFORMATICS  
DEVELOPMENT AGENCY  
Date: 2017.07.21 14:52:42  
EEST  
Reason:  
Location: Athens

ΑΔΑ: 6ΡΩΛ6-298

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΥΒΟΙΑΣ

Αριθ. Πρωτ. 4416

Ημερομηνία Εισόδου 28/7/2017

ΠΡΟΣ:

Πίνακας Αποδεκτών

424 ΓΕΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟ  
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ  
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Τηλ. 2310-381080

Φ.460.2/72/12874

Σ.3938

Θεσσαλονίκη, 21 Ιουλ 17

Συν: -

ΚΟΙΝ.:

6818

**ΘΕΜΑ:** Δημοσιεύσεις – Ανακοινώσεις (Υποβολή προσφορών για την ανάδειξη μειοδότη, στα πλαίσια του άρθρου 118 του ν.4412/2016)

**ΣΧΕΤ.:** α. ν.4412/2016

β. Φ.814/43/501377/Σ.245/26 Ιαν 2017/ΓΕΣ/ΔΥΠΟΣΤΗ/5<sup>ο</sup>Γρ.

γ. Φ.814/66/153802/Σ.8521/06 Ιουλ 2017/ΑΣΔΥΣ/ΔΥΓ/2<sup>ο</sup>

1. Σας γνωρίζουμε ότι σε εκτέλεση των (β) και (γ) σχετικών, το 424 ΓΣΝΕ/Γραφείο Προμηθειών ανακοινώνει τη διενέργεια διαγωνισμού, υπ' αριθμ' 72/2017, για την ανάδειξη μειοδότη, μέσω της υποβολής προσφορών στα πλαίσια του άρθρου 118 του ν.4412/2016 (χρηματικά όρια έως 20.000,00 ευρώ Απευθείας Ανάθεσης), προς προμήθεια αναλώσιμων υγειονομικών υλικών, όπως παρακάτω:

<u>A/A</u>	<u>CPV</u>	<u>AΞΙΑ</u>	<u>ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ</u>
1	33950000-4	7.037,57	Εξοπλισμός και Προμήθειες Ιατροδικαστικής

2. Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στο 424 ΓΣΝΕ/Γρ. Προμηθειών, ενώπιον της ορισθείσης για το σκοπό αυτό επιτροπής, την **04 Αυγ 2017**, ημέρα Παρασκευή και από ώρα **09:00πμ**.

3. Υποβολή προσφορών μέχρι την **03 Αυγ 2017** ημέρα Πέμπτη και ώρα **13:00**, στο **424 ΓΣΝΕ/Γρ. Προμηθειών**, (Περιφερειακή οδός Ν. Ευκαρπίας Θεσσαλονίκης).

4. Όροι, τεχνικές προδιαγραφές και λοιπά στοιχεία διενέργειας, όπως αναγράφονται στα συνημμένα παραρτήματα.

5. Οι προσφορές υποβάλλονται στην Ελληνική Γλώσσα. Πληροφορίες στα τηλέφωνα 2310381080 & 2310381074 (424 ΓΣΝΕ/ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ).

Ακριβές Αντίγραφο

Ταχχος Μιχαήλ Ιωσηφίδης  
Διευθυντής

Λγός (Ο) Θωμάς Γκιρκίζας  
Τμχης/Τμ. Διαγωνισμών

**ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ****Αποδέκτες για Ενέργεια**

Gesdendhs5@army.gr, για ιστοσελίδα Γ.Ε.Σ.

«ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΩΝ»

«ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ»

«ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ»

«ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ»

«ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ»

«ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ»

«ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ»

**Αποδέκτες για Πληροφορία**

ΑΣΔΥΣ/ΔΥΓ/2<sup>ο</sup>

424 ΓΣΝΕ/4<sup>ο</sup> Γραφείο - Γρ. Προμηθειών

**ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ :**

«Α» Πίνακας Υλικών – Ποσοτήτων και Τεχνικών Χαρακτηριστικών

«Β» Συνοπτική Καταγραφή Δικαιολογητικών Συμμετοχής και Τεχνικής Προσφοράς

«Γ» Γενικοί Όροι

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ

Α/Α	ΚΩΔΙΚΟΣ CPV	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΛΙΚΟΥ	ΜΟΝ ΜΕΤΡ	ΕΚΤΙΜΩ ΜΕΝΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΔΙΑΤΙΘΕ ΜΕΝΗ ΠΙΣΤΩΣΗ
1	33950000-4	Amphetamines cassettes	TEM	2	<p>Το εργατήριο ΑΝΑΛΥΤΙΚΗΣ ΤΟΞΙΚΟΛΟΓΙΑΣ του 424 ΓΣΜΕ διαθέτει όλα τον απαραίτητο εξοπλισμό σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα . δηλαδή :</p> <p>α) ΑΝΟΣΟΧΗΜΙΚΟ ΑΝΑΛΥΤΗ και</p> <p>β) ΑΕΡΙΟ ΧΡΩΜΑΤΟΓΡΑΦΟ ΜΕ ΦΑΣΜΑΤΟΓΡΑΦΟ ΜΑΖΑΣ (GC/MS) είναι διαπιστευμένο από τον ΕΣΥΔ κατά ΕΛΟΤ EN ISO 17025</p>	
2	33950000-4	Cocaine cassettes	TEM	1		
3	33950000-4	Preciset DAT Plus I	TEM	2		
4	33950000-4	Cannabis cassettes	TEM	2		
5	33950000-4	Opiates cassettes	TEM	2		
6	33950000-4	Preciset DAT Plus II	TEM	2		
7	33950000-4	Integra Clean Cassettes	TEM	25		
8	33950000-4	ISE Deproteinizer	TEM	2		
9	33950000-4	Activator (9x12ml)	TEM	1		
10	33950000-4	ETHANOL 2 cassettes	TEM	1		
11	33950000-4	Control Ethanol Normal	TEM	1		
12	33950000-4	Control Ethanol AbNormal	TEM	1		
13	33950000-4	Calibrator Ethanol	TEM	1		

## ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΝΟΣΟΧΗΜΙΚΟΥ ΑΝΑΛΥΤΗ

1. Ο προσφερόμενος αναλυτής να είναι τύπου Random Access (τυχαίας επιλογής δείγματος και αντιδραστήριου).
2. Να έχει κατά το δυνατό μικρό όγκο & να είναι επιτραπέζιος
3. Να έχει ταχύτητα τουλάχιστον 300 φωτομετρικών εξετάσεων την ώρα.
4. Να δέχεται δείγματα ορού, πλάσματος, ούρων, ENY, Ολικού αίματος
5. Να έχει την δυνατότητα STAT (επείγοντων) δειγμάτων χωρίς τη διακοπή της λειτουργίας και χωρίς να αφαιρούνται τα δείγματα ρουτίνας.
6. Να φέρει δειγματολήπτη τουλάχιστον 90 δειγμάτων με δυνατότητα συνεχούς φόρτωσης και δειγματοληψίας από σωληνάρια με bar-code.
7. Να έχει ψυγείο ή άλλο σύστημα συντήρησης αντιδραστηρίων
8. Να εκτελεί τουλάχιστον 36 διαφορετικές παραμέτρους ταυτόχρονα από ένα δείγμα.
9. Να είναι όλα τα αντιδραστήρια έτοιμα για χρήση.
10. Η φόρτωση αντιδραστηρίων να γίνεται και κατά τη διάρκεια της λειτουργίας του αναλυτή.
11. Να διαθέτει ψυχόμενες θέσεις και για calibrators και controls.
12. Να χρησιμοποιεί κυβέτες μιας χρήσης.
13. Να ελέγχει την ποιότητα και ποσότητα των αντιδραστηρίων με αυτόματα ειδοποίηση για τυχόν προβλήματα.
14. Να ανιχνεύει την ποσότητα του δείγματος αυτόματα και να ειδοποιεί για τυχόν έλλειψη.
15. Να διαθέτει σύστημα ανίχνευσης θρόμβων στο δείγμα, με ταυτόχρονη απόφραξη του ρύγχους δειγματοληψίας.
16. Να διαθέτει σύστημα αυτοελέγχου των ηλεκτρονικών μερών.
17. Να παρέχει δυνατότητα εντοπισμού βλαβών κατά προτίμηση μέσω MODEM.
18. Να υπάρχει πλήρης συμβατότητα των προσφερομένων αντιδραστηρίων και αναλωσίμων με το βιοχημικό αναλυτή η οποία να αποδεικνύεται από σχετικά έγγραφα του κατασκευαστικού οίκου.
19. Να συνοδεύεται από υπολογιστή, εκτυπωτή, πρόγραμμα επεξεργασίας αποτελεσμάτων ασθενών στα Ελληνικά, UPS και οπδήποτε άλλο απαιτείται για την εύρυθμη λειτουργία του.
20. Να εκτελεί αυτόματα προαριώσεις και αραιώσεις για αποτελέσματα εκτός ορίων
21. Τάση λειτουργίας 220 V.
22. Να εκτελεί τις αναγραφόμενες στην κατάσταση εξετάσεις.
23. Να προσδιορίζει επίπεδα φαρμάκων με τη μέθοδο της φθοροπολοσιμετρίας
24. Η προμηθευτρια εταιρεία να εντάξει το εργαστήριο σε σύστημα εξωτερικού ποιοτικού ελέγχου, για τις εξετάσεις που θα υποδειχθούν από το εργαστήριο.

7.037,57

## ΑΕΡΙΟΣ ΧΡΩΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ ΜΕ ΦΑΣΜΑΤΟΓΡΑΦΟ ΜΑΖΑΣ (GC/MS)

14	33950000-4	BSTFA (TMCS 1%) (10 X 1ml)	TEM	3	1) N,O-Bis (trimethylsilyl) trifluoroacetamide with trimethylchlorosilane for GC derivatization, contains 1% TMCS, 99% (excluding TMCS) Synonym: BSTFA + 1% TMCS2)
15	33950000-4	PFPA (10 X 1ml)	TEM	3	2) Pentafluoropropionic anhydride for GC derivatization, 99% Synonym: PFPA
Υπεύθυνος για πληροφορίες - διευκρινίσεις επί των τεχνικών προδιαγραφών:					
ΤΧΗΣ (ΥΦ) Αθανάσιος Πουλιόπουλος τηλ.2310381807					

Ακριβές Αντίγραφο

Λγός (Ο) Εωμύς Γκιρτζής  
ΤμΧΗΣ Τμ. ΔιαγνώσεωνΑρχής (Ο) Νικόλαος Μαντζαβίνος  
Διττής ΔΟΥ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Β»  
ΣΤΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 72/2017

**ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ  
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ**

<b>1. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ</b> (αναλυτικά περιγράφονται στο άρθρο 6 του παραρτήματος «Γ»)	
α.	<b>Τυποποιημένο έντυπο υπεύθυνης δήλωσης (ΤΕΥΔ)</b> , σύμφωνα με το υπόδειγμα της Προσθήκης «1» του Παραρτήματος «Γ».
β.	<b>Αποδεικτικό έγγραφο νομιμοποίησης του προσφέροντος, όπως Καταστατικό εταιρείας</b> κλπ, απ' όπου επίσης θα προκύπτουν οι παραπάνω αναφερόμενοι υπόχρεοι υπογραφής του ΤΕΥΔ.
γ.	Απόσπασμα σχετικού μητρώου, όπως <b>ποινικού μητρώου</b> , έκδοσης του τελευταίου εξαμήνου
δ.	Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση αρχή, από το οποίο να προκύπτει ότι κατά την ημερομηνία της ως άνω ειδοποίησης, είναι ενήμεροι:
δ(1)	Ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις <b>εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής)</b> .
δ(2)	Ως προς τις <b>φορολογικές υποχρεώσεις</b> τους (είσπραξη χρημάτων από Φορείς Κεντρικής Κυβέρνησης).

<b>2. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ</b> (αναλυτικά περιγράφονται στο άρθρο 7 του παραρτήματος «Γ»)	
α.	Δικαιολογητικά συστήματος διασφάλισης ποιότητας κατά EN ISO 9001 ή αντίστοιχο ισχύον
β.	Πιστοποιητικό σήμανσης "CE"
γ.	Πιστοποιητικό συστήματος ποιότητας εμπορίας και διακίνησης ιατροτεχνολογικών προϊόντων, σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στην ΥΑ ΔΥ 8δ/Γ.Π. Οικ.1348/2004, ΦΕΚ 32Β/2004.
δ.	Αναγραφή κωδικού ΕΚΑΠΤΥ για κάθε προσφερόμενο είδος.
ε.	Εξειδικευμένα δικαιολογητικά-πιστοποιητικά που τυχόν καταγράφονται και ζητούνται κατά περίπτωση από τις περιγραφόμενες τεχνικές προδιαγραφές του Παραρτήματος «Α».

Ακριβές Αντίγραφο

Ανχης (Ο) Νικόλαος Μαντζαβίνος  
Διευθυντής Δ.Ο.Υ.

Λγός (Ο) Θωμάς Γκιρκίζας  
Τμχης/ Τμ. Διαγωνισμών